

Директору ООО «Аэролайф М»

Салимшину Рустаму Рифовичу

Главной м/с БУЗ УР «РКТБ МЗ УР»

И.А. Слабодчиковой

Уважаемый Рустам Рифович

27.01.2021г. БУЗ УР «РКТБ МЗ УР» получила от ООО «Аэролайф» на практическую апробацию установки для обеззараживания и очистки воздуха фотокаталитические, модель «Аэролайф С45» с целью оценки качества работы оборудования.

Данное оборудование было установлено в проблемных местах нашего учреждения, а именно в Воткинском подразделении в процедурном кабинете, где в течении 4 месяцев мы не могли добиться, в рамках производственного контроля, соответствующих показателей воздуха.

29.01.2021г мы установили прибор «Аэролайф С-45». Данный прибор работал в непрерывном режиме, замечаний сотрудников по шумности работы нет, получены только положительные отзывы. Медицинские сестры отметили улучшение качества воздуха в кабинете, пропал неприятный запах и как они сказали «стало легче дышать». Трижды в январе- феврале 2021 года в процедурном кабинете были взяты пробы воздуха.

1 проба 27.01.2021 до начало работы установки

| № п/п | Наименование пробы | ОМЧ | St.aur | Плесневые грибы | Дрожжевые грибы |
|-------|---------------------|-----|-----------|-----------------|-----------------|
| 1 | Процедурный кабинет | 420 | Роста нет | 3 колонии | Роста нет |

2 проба 14.02.2021г.

| № п/п | Наименование пробы | ОМЧ | St.aur | Плесневые грибы | Дрожжевые грибы |
|-------|---------------------|-----|-----------|-----------------|-----------------|
| 1 | Процедурный кабинет | 90 | Роста нет | 1 колония | Роста нет |

